

2023年医疗设备采购意向征集目录

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (元)	公开征集信息时间 (填写到日)	备注
1	胎心多普勒仪	我院拟采购胎心多普勒仪2台。 主要功能或者目标：适用于门诊或病房孕妇测量胎心音。 需要满足的质量、服务要求： 1、便携、能贮电、显示数字。 2、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 3、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥1年。	待定	5月23日- 5月30日	无
2	全自动电子血压计	我院拟采购全自动电子血压计1台。 主要功能或者目标：血压、脉搏的自动测量。 需要满足的质量、服务要求： 1、含语音引导，操作简单。 2、精准度高。 3、可打印测量结果。 4、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 5、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥1年。	待定	5月23日- 5月30日	无
3	彩色多普勒超声诊断仪	我院拟采购彩色多普勒超声诊断仪1台。 主要功能或者目标：超声检查。 需要满足的质量、服务要求： 1、便携性，带储电，可满足外出体检使用。 2、适用于急诊床旁超声检查。 3、适用于乳腺穿刺定位。 4、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 5、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥1年。	待定	5月23日- 5月30日	无

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (元)	公开征集信息时间 (填写到日)	备注
4	眼科A/B超声诊断仪	我院拟采购眼科A/B超声诊断仪1台。 主要功能或者目标：眼科超声诊断与测量。 需要满足的质量、服务要求： 1、眼科专用超声诊断与测量。 2、可用于眼球的超声三维重建。 3、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 4、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥1年。	待定	5月23日- 5月30日	无
5	超声眼科乳化治疗仪	我院拟采购超声眼科乳化治疗仪1台。 主要功能或者目标：开展白内障超声乳化手术。 需要满足的质量、服务要求： 1、超声乳化手术系统稳定可靠。 2、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 3、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥1年。	待定	5月23日- 5月30日	无
6	眼科手术显微镜	我院拟采购眼科手术显微镜1台。 主要功能或者目标：适用于白内障手术。 需要满足的质量、服务要求： 1、视野明亮、对比度高、细节清晰。 2、操作便捷。 3、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 4、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥1年。	待定	5月23日- 5月30日	无

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (元)	公开征集信息时间 (填写到日)	备注
7	角膜内皮显微镜	我院拟采购角膜内皮显微镜1台。 主要功能或者目标：用于内皮细胞影像测量。 需要满足的质量、服务要求： 1、测量范围广、精度高。 2、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 3、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥1年。	待定	5月23日 - 5月30日	无
8	早期语言评估与训练系统	我院拟采购早期语言评估与训练系统1台。 主要功能或者目标：可评估儿童认知语言能力，进行口腔功能、构音训练等。 需要满足的质量、服务要求： 1、带诊断筛查、康复训练的程序。 2、带自动评估系统。 3、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 4、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥1年。	待定	5月23日 - 5月30日	无
9	儿童悬吊训练系统	我院拟采购儿童悬吊训练系统1套。 主要功能或者目标：用于幼儿、儿童运动发育迟缓、脊柱侧弯等功能康复训练。 需要满足的质量、服务要求： 1、滑轨式悬吊适合儿童训练。 2、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 3、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥1年。	待定	5月23日 - 5月30日	无

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (元)	公开征集信息时间 (填写到日)	备注
10	全自动生化分析仪	我院拟采购全自动生化分析仪 1台。 主要功能或者目标：检验科生化全项（肝功能、肾功能、血糖、血脂、心功能、特定蛋白和电解质等项目）的准确检测。 需要满足的质量、服务要求： 1、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 2、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥2年，提供不少于2次的维护保养服务，免收人工费与配件费。报修后4小时内响应，质保期结束后，提供技术支持和终身维修服务。	待定	5月23日- 5月30日	无
11	全自动阴道分泌物检测仪	我院拟采购全自动阴道分泌物检测仪1台。 主要功能或者目标：检测阴道分泌物六联检，带微生态分析。 需要满足的质量、服务要求： 1、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 2、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥2年，提供不少于2次的维护保养服务，免收人工费与配件费。报修后4小时内响应，质保期结束后，提供技术支持和终身维修服务。	待定	5月23日- 5月30日	无
12	显微镜	我院拟采购显微镜1台。 主要功能或者目标： 1、用于观察微生物和血涂片个体形态和细胞结构 需要满足的质量、服务要求： 1、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 2、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥2年。 3、提供技术支持和终身维修服务。	待定	5月23日- 5月30日	无

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (元)	公开征集信息时间 (填写到日)	备注
13	糖化血红蛋白分析仪	我院拟采购糖化血红蛋白分析仪1台。 主要功能或者目标：全自动检测糖化血红蛋白。 需要满足的质量、服务要求： 1、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 2、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥2年，提供不少于2次的维护保养服务，免收人工费与配件费。报修后4小时内响应，质保期结束后，提供技术支持和终身维修服务。 2. 带工作站（电脑、打印机、点阵） 全连接LIS端口	待定	5月23日- 5月30日	无
14	乳腺旋切机	我院拟采购乳腺旋切机1台。 主要功能或者目标：开展乳腺手术，如获取异常的乳腺组织。 需要满足的质量、服务要求： 1、美容无创。 2、多种切割模式，满足不同种类病灶的切除。 3、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 4、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥1年。	待定	5月23日- 5月30日	无
16	空氧混合仪	我院拟采购空氧混合仪2台。 主要功能或者目标：提供新生儿、早产儿吸入空气氧混合气体，减少因为纯氧带来的安全隐患。 需要满足的质量、服务要求： 1、可恒定流量。 2、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 3、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥1年。	待定	5月23日- 5月30日	无

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (元)	公开征集信息时间 (填写到日)	备注
17	输液泵	我院拟采购输液泵2台。 主要功能或者目标：在产科使用，用于精准输液。 需要满足的质量、服务要求： 1、带贮电、带有输液架、操作简单、精准高。 2、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 3、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥ 1年。	待定	5月23日- 5月30日	无
18	电动病床	我院拟采购电动病床3台。 主要功能或者目标：可供妇科检查、阴道镜检查、康复治疗电动妇科检查床。 需要满足的质量、服务要求： 1、可根据临床需求电动调整床的高低，腿部位置，方便医护人员进行各种医疗操作。 2、检查床床面易清洁。 3、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 4、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥ 2年。	待定	5月23日- 5月30日	无
21	蒸汽灭菌器	我院拟采购蒸汽灭菌器1台。 主要功能或者目标：眼科手术器械专用。 需要满足的质量、服务要求： 1、灭菌效率高，对重复使用的昂贵器械安全温和，设计精巧。 2、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 3、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥ 1年。	待定	5月23日- 5月30日	无

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (元)	公开征集信息时间 (填写到日)	备注
22	医用恒温箱	我院拟采购医用恒温箱1台。 主要功能或者目标： 需要满足的质量、服务要求： 1、用于药品、物品的加温，箱体内温度必须达到37℃。 2、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 3、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥1年。	待定	5月23日- 5月30日	无
23	医用超低温冷藏箱	我院拟采购医用超低温冷藏箱1台。 主要功能或者目标：存放血清。 需要满足的质量、服务要求： 1、箱体内温度必须达到-80℃，运行状态安全稳定，具备高低温报警功能，节能，静音，不结霜。 2、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 3、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥1年。	待定	5月23日- 5月30日	无
26	电子婴儿秤	我院拟采购电子婴儿秤4台。 主要功能或者目标：新生儿的体重测量 需要满足的质量、服务要求： 1、精准，安全。 2、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 3、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥1年。	待定	5月23日- 5月30日	无

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (元)	公开征集信息时间 (填写到日)	备注
27	泌尿外科腔镜系统	我院拟采购泌尿外科腔镜系统1套。 主要功能或者目标：开展泌尿外科手术，如泌尿系结石，泌尿系肿瘤，输尿管狭窄，输尿管反流，肾上腺肿瘤，肾移植，前列腺电切术等。 需要满足的质量、服务要求： 1、含输尿管肾镜、经皮肾镜、膀胱镜、医用加压器、钬激光≥ 100瓦、电子输尿管软镜系统。 2、要求系统清晰度高，性能优良、工作稳定、故障率低、用户广泛等。 3、要求整机设计使用寿命长。主机及附件设计成熟、故障率低，整机（含附件）使用寿命≥ 10年，售后服务≥ 1年。 我院拟采购宫腔镜检查2套。 主要功能或者目标：用于子宫腔内检查和治疗，12° 宫腔镜检查。 需要满足的质量、服务要求： 1、清晰度高，性能优良、工作稳定、故障率低、用户广泛等。 2、设备设计使用年限长，设计成熟、故障率低，保修≥ 1年。 我院拟采购医用图像打片机1台。 主要功能或者目标：适用于DR、乳腺等医疗影像的胶片输出。 需要满足的质量、服务要求： 1、能够生成高质量的医疗影像。 2、含2个胶片盒，能适用于胶片尺寸8*10, 14*17。 3、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 4、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥ 1年。	待定	5月23日 - 5月30日	无
28	宫腔镜检查		待定	5月23日 - 5月30日	无
29	医用图像打片机		待定	5月23日 - 5月30日	无